

"ЗАТВЕРЖУЮ"

Проректор з наукової роботи
Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна
Виктор КАТРИЧ



Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022; код за ЄДРПОУ – 02071205.

2. Назва предмета закупівлі: код згідно ДК 021:2015 – 38510000-3 Мікроскопи (Фазово-контрастний об'єктив Leica N PLAN 100x/1.25 PH3)

3. Вид закупівлі: спрощена закупівля.

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 75 000 грн. 00 коп (сімдесят п'ять тисяч гривень).

Визначена за результатом моніторингу цін ринку України, обрахована відповідно до середньо цінового рівня цін та складає:

№ з/п	Найменування	Модель	К-ть	Вартість з ПДВ в грн
1	Фазово-контрастний об'єктив	Фазово-контрастний об'єктив Leica N PLAN 100x/1.25 OIL PH3 у комплекті з відповідним кільцевим слайдером для фазового контрасту, PH3-CL, Leica Microsystems під мікроскоп Leica DM2000	1	75 000.00

При визначенні очікуваної вартості закупівлі була врахована інформація про ціни на товари та послуги, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції.

5. Розмір бюджетного призначення: 75 000 грн. 00 коп (сімдесят п'ять тисяч гривень) згідно з кошторисом від 27. 08. 2021

6. Нормативно-правове регулювання. Закупівля товару за кодом 021:2015 – 38510000-3 Мікроскопи (Фазово-контрастний об'єктив Leica N PLAN 100x/1.25 PH3), технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII та іншими нормативно-правовими актами.


7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері для виконання фундаментальних досліджень для забезпечення Договору № БФ/31-2021 на виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напрямку «Біологія та охорона здоров'я» у 2021 р.

Предмет закупівлі має бути сумісним з мікроскопом Leica DM2000, який встановлений у центрі колективного користування, та – для отримання якісного зображення – відповідати наступним технічним вимогам:

№	Найменування параметру	Технічні вимоги
1.	Метод контрастування	Фазовий контраст РНЗ
2.	Збільшення	100x
3.	Тип кріплення об'єтивів / різьба	M25
4.	Числова апертура NA	1.25
5.	Робоча відстань	0.12 мм
6.	Комплектація	У комплекті з об'єктивом має бути кільцевий слайдер для фазового контрасту РНЗ-CL та імерсійне масло 10мл

Необхідність витрат для закупівель обладнання відповідає затвердженому запиту на 2021 рік.

Заступник декана біологічного факультету з наукової роботи



Дмитро ШАБАНОВ